



Аттестат аккредитации
в области обеспечения единства измерений
№ РОСС СОБ 3.00047.2013

ИЗОТОП РК

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОТОП РК"

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ

№ 01-МС 17 0349

Действительно до
«14» февраля 2018 г.

Средство измерений Измеритель радиоактивности и уровня

наименование, тип, модификация, регистрационный номер
накопленной дозы радиации "Quantum" рег. № 62619-15

в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

(если в состав средства измерений входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и зав. №№)

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер(номера) **706-00139**

поверено **В диапазоне измерения МАЭД от 0,1 до 1000 мкЗв/ч**

Наименование величин, диапазонов, на которые поверено средство измерений(если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **SOEKS-РЭ, раздел 5**

Наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **3.2.ВОЯ.0002.2014**

Наименование, тип, зав. номер(рег. номер(при наличии)), разряд, класс, погрешность эталона

при следующих значениях влияющих факторов:

Темп., °С	Влажность, %	Атм. давл., кПа	МЭД, мкЗв/ч
20,4	48,8	100,1	0,15

Приводят перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.



Руководитель МС

Должность руководителя подразделения

(Handwritten signature)
Подпись

Е.Г. Крошилова

Инициалы, фамилия

Поверитель

(Handwritten signature)
Подпись

В.С. Комлев

Инициалы, фамилия

Дата поверки «15» февраля 2017 г.

Бланк № 0 3 4 9